



**D.O.O. „INSTITUT ZA PREVENTIVU“**

**ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ**

**21000 NOVI SAD, Kraljevića Marka 11, Tel./Fax: 021/420-571, 420-572, 420-573**

[www.izp.co.yu](http://www.izp.co.yu)

[prevex@eunet.yu](mailto:prevex@eunet.yu)



# INSTITUT ZA PREVENTIVU

ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O.

21 000 Novi Sad, Kraljevića Marka 11, Tel/Fax: 021/420-571, 420-572, 420-573

www.izp.co.yu

institut@izp.co.yu

Predmet: **PREGLED I ISPITIVANJE  
OPREME ZA RAD**

**ZUR "GAS ALARM SERVIS"  
Kragujevac  
Nikole Pašića 16/III-5**

Broj: 0493/2008

Datum: 18.02.2008.

Na osnovu Vašeg zahteva, dana 15.02.2008. godine izvršili smo pregled i ispitivanje GAS DETEKTORA, te Vam dostavljamo sledeći:

## STRUČNI NALAZ



**INSTITUT ZA PREVENTIVU  
NOVI SAD**

**Direktor:  
Milan Kamberović, dipl. inž. el.**

OGRANAK POSLOVNA JEDINICA NOVI BEOGRAD, BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10g  
OGRANAK POSLOVNA JEDINICA BAČKA PALANKA, ŽARKA ZRENJANINA 76  
Poslovni računi: 310-96-22 CONTINENTAL BANKA a.d. Novi Sad  
170-6496-23 UNICREDIT BANK SRBIJA a.d.  
180-0756840101080 ALPHA BANK a.d. Beograd

Tel. 011/21-47-636  
Tel. 064/82-79-207  
Registarski broj: 8227178558  
Matični broj: 08187533  
Šifra delatnosti: 73109  
PIB: 100720850



Република Србија



МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

На основу Решења министра рада, запошљавања и социјалне политике, издаје се

*ЛУЦЕНЦА*

за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад.

*Рајко Мартић*

(Име и презиме одговорног лица)

1108966810091

(ЈМБГ)

Нови Сад, Милеве Марић бр.28

(Адреса)

152-02-00031/2006-01

(Број Решења)



П.о. Министар

*Ђерђовић Ђерђовић*

У Београду 14.11.2006.год  
(датум)



СРБИЈА И ЦРНА ГОРА  
МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ  
**АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ**

На основу члана 16. став 3. Закона о стандардизацији ("Службени лист СРЈ", бр. 30/96, 59/98 и 70/01), члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01) и члана 2. Уредбе о условима за акредитовање, начину акредитовања и надзору над радом акредитованих предузећа и других правних лица ("Службени лист СРЈ", бр. 42/97) у поступку оцењивања Института за превентиву, заштиту на раду и противпожарну заштиту и развој Д.О.О., Ех лабораторије, Нови Сад, Акредитационо тело Србије и Црне Горе (ЈУАТ) на 86.седници, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О АКРЕДИТАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ**

**бр: 01-069**

1. Додељује се акредитација **Институту за превентиву, заштиту на раду и противпожарну заштиту и развој Д.О.О., Ех лабораторији, Нови Сад, Краљевина Марка 11**, за обављање послова испитивања у обиму акредитације утврђеном у Прилогу 1 који је саставни део овог Решења.
2. Решење о акредитацији ступа на снагу 29.07.2003. године са роком важења од 5 година.

**Образложење**

Институт за превентиву, заштиту на раду и противпожарну заштиту и развој Д.О.О., Нови Сад поднео је ЈУАТ-у захтев за акредитацију Ех лабораторије.

На основу спроведеног поступка ЈУАТ-а утврђено је да Институт за превентиву, заштиту на раду и противпожарну заштиту и развој Д.О.О., Ех лабораторија, Нови Сад, испуњава захтеве ЈУС ISO/IEC 17025 и да се обавезао да ће поштовати Правила акредитације, као и да својим обликом организовања обезбеђује самосталност у испитивању, унутрашњом организацијом гарантује успешно обављање послова и задатака за које се акредитује, да није материјално заинтересован за производ у односу на који треба да обавља испитивање и да не обавља консултантске услуге које би биле у супротности са обављањем послова и задатака за које се акредитује.

Поступајући у складу са чланом 16. Закона о стандардизацији и чланом 2. Уредбе о условима за акредитовање, начину акредитовања и надзору над радом акредитованих предузећа и других правних лица Акредитационо тело Србије и Црне Горе утврђује да је Институт за превентиву, заштиту на раду и противпожарну заштиту и развој Д.О.О., Ех лабораторија, Нови Сад, оспособљен и компетентан за обављање послова и задатака за које се акредитује, те је решено као у диспозитиву овог решења.

Београд, 18.08.2003.





## 1. ISPITIVANA OPREMA ZA RAD:

### **GAS DETEKTOR**

#### 1.1. TEHNIČKI PODACI:

TIP:	SG-2088 BA
NAPON NAPAJANJA:	230 V~ / 50 Hz / 9,0 V =
MEHANIČKA ZAŠTITA	IP 55
RADNI NAPON:	9 V DC
STARTNA STRUJA ZAGREVANJA:	≤ 60 mA
STALNA STRUJA:	≤ 40 mA
ALARMNA STRUJA:	≤ 150 mA
STALNA SNAGA:	0,5 W
ALARMNA SNAGA:	2 W
NIVO BUKE ALARMA:	85 dB(A), na 1 m udaljenosti
BRZINA ODGOVORA:	≤ 30 s
MASA:	~ 400 g

**Namena uređaja:** Gasna detekcija i alarmiranje pojave curenja gasa (zemnog gasa i propan-butana). Uređaj je predviđen za kućnu upotrebu

#### 1.1 ELEMENTI PREGLEDA I OBIM:

Prilikom pregleda uređaja naručilac je stavio na uvid sledeću dokumentaciju:

- Uputstvo za upotrebu, bezbedan rad i održavanje
- Tehničku dokumentaciju.

1.2.1 Shodno čl. 16, Pravilnika o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad, pregledani su natpisi i upozorenja. Na uređaju je postavljena natpisna pločica sa podacima o proizvođaču, tipu, seriji, broju.

1.2.2 Prema čl. 24. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu za pregledano sredstvo za rad, priložena je propisana dokumentacija na Srpskom jeziku za njegovu upotrebu i održavanje u kojoj su navedeni svi bezbednosno tehnički podaci, važni za ocenjivanje i otklanjanje rizika na radu.

1.2.3 Na uređaju je primenjen sistem zaštite od indirektnog napona dodira - dvostrukom izolovanošću.

Prilikom ispitivanja nisu uočeni nedostaci.

## 1.3. ZAKLJUČAK:


1.3.1 Na uređaju su primenjene mere za bezbednost i zdravlje na radu, tj. uređaj je bezbedan za korišćenje.

### REFERENTNI PROPISI

1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl.glasnik RS", br. 101/05).
2. Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima ("Sl.list SFRJ", br. 18/91).
3. Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/06).

PREGLED IZVRŠIO:


Robert Farkaš, dipl. ing. el.

  
\_\_\_\_\_

Odgovorno lice sa licencom za obavljanje  
pregleda i ispitivanja opreme za rad



Rajko Martić, dipl.eng.el.

  
\_\_\_\_\_